

密闭式输液法

① 操作要点

双人核对医嘱

★ 排气：茂菲滴管液面达1/3 ~ 2/3满

选择粗直、弹性好，易于固定的静脉，避开关节、静脉瓣

穿刺点上方6 ~ 8cm扎止血带，皮肤消毒范围应大于5cm

★ 成15° ~ 30° 进针，穿刺成功后“三松”：松止血带、松调节器、松拳

★ 调滴速，成人40 ~ 60滴/min，儿童20 ~ 40滴/min

宣教：不可随意调节滴速，如发现液体不滴或身体不适及时呼叫

② 注意事项

★ 长期输液患者应注意保护静脉，从四肢远端小静脉开始

根据病情、用药原则、药物性质，有计划安排药物输液顺序

★ 输入对血管刺激性大的药物时，输入前后均需输入一定量的0.9%氯化钠溶液，以保护静脉

输液过程中加强巡视，耐心听取患者主诉，密切观察穿刺部位有无肿胀或疼痛、输液滴注是否通畅等

输液前必须排尽空气，及时更换输液瓶；输液完毕及时拔针，以防空气栓塞

★ 连续输液超过24h应每日更换输液器

防止交叉感染，应做到“一人一巾一带”