

静脉留置针输液法

① 适用对象

需长时间静脉输液及静脉穿刺困难的患者

② 操作要点

- ★ 在穿刺点上方10cm处扎止血带，皮肤消毒范围应大于8cm × 10cm
- 成15° ~ 30° 进针，见回血后压低角度再进针少许，撤针芯约0.5cm，将针芯与外套管一起送入静脉内，撤针芯

固定留置针，在透明膜上记录留置日期、时间

★ 输液毕封管

推注剩0.5 ~ 1ml时
正压封管 应边注入边退针
脉冲式封管 推-停-推

封管液用0.9%氯化钠10~20ml或10~100IU/ml的肝素稀释液2~5ml

★ ③ 注意事项

留置针一般可保留3 ~ 5d，最多不超过7d

保持留置针穿刺部位干燥，敷料潮湿应及时更换；留置针侧肢体应避免剧烈运动、持重物或长时间下垂等

一旦发现针管内有回血，应立即用肝素液或生理盐水冲洗，以免堵塞管腔